BIETERKOMMUNIKATION
Ausschreibung

Verfahren: 2026001665052 - Graphitrohr Atom-Absorptions-Spektrom eter (GF-AAS)

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Laut Ihrem Leistungsverzeichnis soll "Ein Satz Hohlkathodenlampen für folgende Elemente: Al, As, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb, Se, Sn, Cu, Co" mit angeboten werden. Unsere Frage dazu lautet: Soll für jedes der genannten Elemente eine Einzelelement-Lampe angeboten werden oder dürfen auch Multielement-Lampen angeboten werden?	Es können auch Multielement-Lampen angeboten werden.	10.11.2026 09:02:54