Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl.	24-monatl.	bei Bedarf	
01	**01**	**0**	**0**	**Autoklaven**							
01	01	0	1	Sichtprüfung der Verkleidungen und Oberflächen auf Schäden				X			
01	01	0	2	Überprüfung und Reinigen der Dichtungen z.B. Türdichtungen				X			
01	01	0	3	Überprüfung aller beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit				X			
01	01	0	4	Überprüfung der Funktion der Türverriegelung				X			
01	01	0	5	Überprüfung der Funktion und Einstellung der Druckwächter				X			
01	01	0	6	Überprüfung der Kontaktthermometer				X			
01	01	0	7	Überprüfung der Überwachung der Medien				X			
01	01	0	8	Überprüfung der Elektroinstallationen				X			
01	01	0	9	Überprüfung der Armaturen und Rohrinstallationen				X			
01	01	1	0	Funktionsprüfung der Sicherheitsventile auf Abblasedruck usw.				X			
01	01	1	1	Prüfung der Kondensatableiter und Reinigen ggf. Erneuern der Einsätze				X			
01	01	1	2	Prüfen und Reinigen der Rückflussverhinderer				X			
01	01	1	3	Prüfen und Reinigen der Filter und ggf. Austauschen der Filtereinsätze				X			
01	01	1	4	Druckluft-Sterilfiltereinsatz wechseln				X			
01	01	1	5	Abluftfiltereinsatz in der Absaugleitung prüfen und ggf. austauschen				X			
01	01	1	6	Überprüfen der Pufferbatterien und ggf. austauschen				X			
01	01	1	7	Überprüfung Steuerung auf Fehler und korrekte Betriebszustände				X			
01	01	1	8	Funktionsprüfung MSR-Technik				X			
01	01	1	9	Funktionsprügung Sicherheitsrelevanter Komponenten				X			
01	01	1	10	Überprüfung der Be- und Entladesysteme				X			
01	01	1	11	Überprüfen der Kammer auf Dichtheit				X			
01	01	1	12	Überprüfen des Mantels auf Dichtheit				X			
01	**02**	**0**	**0**	**Vakuumpumpen**							
01	02	1	1	Überprüfung der Anlagen auf Beschädigung, Korrosion, Leckagen				X			
01	02	1	2	Überprüfung auf Funktion, Dichtigkeit und Mindestunterdruck				X			
01	02	1	3	Überprüfung der Überwachung der Medien				X			
01	02	1	4	Überprüfung der Vakuumleitung, und leistung				X			
01	02	1	5	Überprüfung Auffwangwanne auf Korrosien, Beschädigung und Leckage				X			
01	02	1	6	Überprüfung der Elektroinstallationen				X			

01	02	1	7	Überprüfung der Armaturen und Rohrinstallationen				X			
01	02	1	8	Funktionsprüfung der Ventile und Sicherheitsventile auf Abblasedruck usw.				X			
01	02	1	9	Überprüfung der Armaturen und Rohrinstallationen				X			
01	02	1	10	Überprüfung der Abluftnachbehandlung				X			
01	**03**	**0**	**0**	**Elektrodampferzeuger**							
01	03	1	1	Überprüfung der Anlagen auf Beschädigung, Korrosion, Leckagen				X			
01	03	1	2	Überprüfung auf Funktion und Dichtheit				X			
01	03	1	3	Überprüfung aller beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit				X			
01	03	1	4	Überprüfung der Funktion der Druckregelung und Druckbegrenzung prüfen				X			
01	03	1	5	Überprüfung der Überwachung der Medien				X			
01	03	1	6	Überprüfung der Dampfleitung, -leistung und -qualität				X			
01	03	1	7	Sichtprüfung Isolierung				X			
01	03	1	8	Überprüfung Auffwangwanne auf Korrosien, Beschädigung und Leckage				X			
01	03	1	9	Überprüfung der Elektroinstallationen				X			
01	03	1	10	Überprüfung der Armaturen und Rohrinstallationen				X			
01	03	1	11	Funktionsprüfung der Ventile und Sicherheitsventile auf Abblasedruck usw.				X			
01	03	1	12	Prüfung der Kondensatableiter und Reinigen ggf. Erneuern der Einsätze				X			
01	**04**	**0**	**0**	**TÜV-Prüfung**							
01	04	1	1	Bei Bedarf erforderliche Prüfungen durch den TÜV werden im Zuge der Wartung durch den AN koordiniert.						X	