

Verfahren: 20261013 - Endoskopie und IOPS Erneuerung GynOP

---

### LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<p><b>Frage 3)</b></p> <p>In Pos. 1.01.06 wird eine „Videooptik inkl. Kamera (FH 3D, 30°, 10 mm)“ als integriertes System gefordert.</p> <p>Bitte bestätigen Sie, dass alternativ auch modulare 3D-Lösungen zulässig sind, bei denen die 3D-Bildgebung durch eine Kombination aus Kamerasystem und Standardoptiken realisiert wird, sofern die geforderte 3D-Bildqualität, Funktionalität (z. ?B. 3D-Bilddrehung ohne Horizontverlust) sowie klinische Eignung vollständig erfüllt werden. Wir weisen darauf hin, dass integrierte 3D-Videoendoskope erfahrungsgemäß mit deutlich höheren Ersatz- und Reparaturkosten verbunden sind.</p> <p>Vor diesem Hintergrund bitten wir um Bestätigung, dass wirtschaftlichere Systemlösungen unter Einhaltung aller funktionalen Anforderungen zugelassen sind.</p>	<p><b>zu Frage 3)</b></p> <p>Bitte beachten Sie die Anpassungen in Anlage 2 Leistungsbeschreibung.</p>	15.05.2026 10:38:08