

Verfahren: 2026-054 - Ersatzbeschaffung von 2 Dampfsterilisatoren (12 STE) für die LA-Regio Kliniken, Klinik Landshut-Mitte

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Bewertung der Qualität

Gewichtung: 45,00%

1.1 Isolation (Pos. 3.1.5)

Gewichtung: 2,25%

Maximalpunktzahl: 5

Eine entsprechende Konstruktionszeichnung muss beigelegt werden.
Zeichnung beigelegt:

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Isolation (Pos. 3.1.5)

Gewichtung: 2,25%

Maximalpunktzahl: 5

Ganzflächige farbige Kennzeichnung des Rohrleitungssystems muss erfüllt sein.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Vakuumeinrichtung extern (Pos. 3.1.6)

Gewichtung: 2,25%

Maximalpunktzahl: 5

Können die vorhanden Vakuumverbindungsleitungen übernommen werden?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.4 Anschluss Kühlkreislauf (Pos. 3.1.7)

Gewichtung: 2,25%

Maximalpunktzahl: 5

Kondensator (Rohrbündeltauscher) der Vakuumeinrichtung direkt angeschlossen?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Anschluss Kühlkreislauf (Pos. 3.1.7)

Gewichtung: 2,25%

Maximalpunktzahl: 5

Zusätzlicher Wärmetauscher für Vakuumpumpenbrauchwasser ?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.6 Programmsteuerung (Pos. 3.1.8)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Messwerte für Display und Chargenausdruck getrennt einstellbar?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Bedienpaneel (Pos. 3.1.9)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Selbsterklärende Symbole zur Bedienung?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Rahmengestell und Geräteverkleidung(Pos. 3.1.15)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Geräteverkleidung (CNS 1.4301) mit Schallschutzplatten wie gefordert hinterklebt?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.9 Rahmengestell und Geräteverkleidung(Pos. 3.1.15)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 20

Wartungs- und Servicezugang ausschließlich nur von vorn?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (20)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.10 Inbetriebnahmen, Abnahmen (Pos. 3.1.17)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 30

Kleinstes Prüfintervall:

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit dem größten Wert erhält 30 Punkte.
Das Angebot mit dem 2. größten Wert erhält 24 Punkte.
Das Angebot mit dem 3. größten Wert erhält 18 Punkte.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 12 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

1.11 Aktuell gültige Zertifikate (Pos. 3.1.19)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.12 Aktuell gültige Zertifikate (Pos. 3.1.19)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

QM - Umweltmanagementzertifizierung nach ISO 14001?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (10)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.13 Sockel mit Wanne (Pos. 3.2)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 5

Möglichkeit zur Sockelbeklebung vorhanden?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.14 Sockel mit Wanne (Pos. 3.2)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 5

Sockelrücksprung auf Beladeseite für Luftnachströmung vorhanden?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (5)
☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.15 Beladeebene Beschickungswagen (Pos. 3.8)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 20

Höhe untere Beladeebene des Beschickungswagens:

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit der größten Höhe erhält 20 Punkte.
Das Angebot mit der nächst geringeren Höhe erhält 10 Punkte.
Das Angebot mit der noch einmal geringeren Höhe erhält 5 Punkte.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 0 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

1.16 Ausblaseleitungen (Pos. 3.11)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 20

Sind weitere zusätzliche Ausblaseleitungen notwendig?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ Ja (0)
☐ Nein (20)

Nur eine Antwort wählbar

1.17 Kesselwasser (Pos. 4.1.8)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Rückkühlung des Absalzwassers

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Die Angebote mit Kondensatkühler erhalten 10 Punkte.
Die Angebote mit Kaltwasserbeimischung erhalten 5 Punkte.
Die Angebote mit luftgekühlter Rohrschlange erhalten 2 Punkte.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 0 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

1.18 Bedienung (Pos. 4.1.9)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 10

Unabhängiger Betrieb von Dampferzeuger und Sterilisator?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (10)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.19 Ausblaseleitung (Pos. 4.1.11)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 20

Die vorhandene Ausblaseleitung kann übernommen werden?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (20)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.20 Autom. Reinigung Sterilisierkammer (Pos. 10)

Gewichtung: 2,25%
Maximalpunktzahl: 15

Ausführung wie gefordert angeboten?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (15)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2 Bewertung Service

Gewichtung: 23,00%

2.1 Service / Kundendienst (Pos. 14)

Gewichtung: 4,60%
Maximalpunktzahl: 40

Nächstgelegener Servicestützpunkt: Ort und Fahrzeit (Google Maps)

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ < 1 Stunde (40)
- ☐ 1 bis 2 Stunden (32)
- ☐ 2 bis 3 Stunden (20)
- ☐ 3 bis 4 Stunden (10)
- ☐ > 4 Stunden (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.2 Service / Kundendienst (Pos. 14)

Gewichtung: 4,60%
Maximalpunktzahl: 40

Anzahl der auf den angebotenen Geräten ausgebildeten und verfügbaren Kundendienstmonteuren an diesem Servicestützpunkt bzw. in der Region

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ ≥ 10 (40)
- ☐ 6 bis 9 (20)
- ☐ 2 bis 5 (8)
- ☐ < 2 (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.3 Service / Kundendienst (Pos. 14)

Gewichtung: 4,60%
Maximalpunktzahl: 10

Gibt es eine telefonische Hotline zur Beantwortung von technischen und bedienungsrelevanten Fragen der Nutzer des Systems?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐] Keine Angabe (0)
- ☐] Ja (10)
- ☐] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.4 Service / Kundendienst (Pos. 14)

Gewichtung: 4,60%
Maximalpunktzahl: 5

Wäre diese Hotline bei Fragen kostenlos?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐] Keine Angabe (0)
- ☐] Ja (5)
- ☐] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.5 Service / Kundendienst (Pos. 14)

Gewichtung: 4,60%
Maximalpunktzahl: 5

Erreichbarkeit der Hotline (8 Stunden / 5 Tage oder 24 Stunden / 7 Tage, ...)

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit den längsten Erreichbarkeit erhält 5 Punkte.
Das Angebot mit den 2. längsten Erreichbarkeit erhält 3 Punkte.
Das Angebot mit den 3. längsten Erreichbarkeit erhält 1 Punkt.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 0 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

3 Bewertung Ersatzteile

Gewichtung: 13,00%

3.1 Ersatzteilversorgung (Pos. 15)

Gewichtung: 4,33%
Maximalpunktzahl: 25

Die Lieferzeit (LZ) für funktionsnotwendige Ersatzteile, wie Absperrventile, Regelventile, Kondensatableiter, Fühler, Türdichtungen, etc. ins Klinikum Landshut beträgt wie viele Werktage?

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit den kürzesten LZ erhält 25 Punkte.
Das Angebot mit den 2. kürzesten LZ erhält 15 Punkte.
Das Angebot mit den 3. kürzesten LZ erhält 8 Punkt.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 0 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

3.2 Ersatzteilversorgung (Pos. 15)

Gewichtung: 4,33%
Maximalpunktzahl: 25

Die Lieferzeit (LZ) für die zentrale Steuerung der Geräte (funktionsnotwendige Ersatzteile) ins Klinikum Landshut beträgt wie viele Werktage?

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit den kürzesten LZ erhält 25 Punkte.
Das Angebot mit den 2. kürzesten LZ erhält 15 Punkte.
Das Angebot mit den 3. kürzesten LZ erhält 8 Punkt.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 0 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

3.3 Ersatzteilversorgung (Pos. 15)

Gewichtung: 4,33%
Maximalpunktzahl: 5

Preisgarantie bei Nachkauf von Zubehör für ein Jahr.?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐] Keine Angabe (0)
- ☐] Ja (5)
- ☐] Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4 Bewertung Konzept

Gewichtung: 19,00%

4.1 Konzept zur Projektdurchführung (Pos. 18)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 40

Zeitplan, Methode, Komplexität, Anwendung, Hygiene

Alle Angebote werden miteinander verglichen.
Das Angebot mit dem größten Wert erhält 40 Punkte.
Das Angebot mit dem 2. größten Wert erhält 25 Punkte.
Das Angebot mit dem 3. größten Wert erhält 10 Punkte.
Alle anderen Angebote erhalten jeweils 5 Punkte.

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

4.2 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 5

Ausfallkonzept angeboten?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (5)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.3 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 5

Notwendiges Zubehör angeboten?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (5)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.4 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 5

Chargendokumentation erfolgt digital?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (5)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.5 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 5

Die geforderten Sterilisations- und Testprogramme sind enthalten?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (5)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.6 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 5

Sind die vorhandenen Medien ausreichend?

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ Keine Angabe (0)
- ☐ Ja (5)
- ☐ Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

4.7 Ausfallkonzept (Pos. 20)

Gewichtung: 2,71%
Maximalpunktzahl: 20

Angegebenes Versorgungsmedium

DIE EINTRAGUNG ERFOLGT DURCH DIE BESCHAFFUNGS- UND VERGABESTELLE:

- ☐ *Keine Angabe* (0)
- ☐ Dampf (20)
- ☐ Elektro (0)

Nur eine Antwort wählbar