

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Bildqualität

Gewichtung: 33,33%

1.1 Körperstamm

Gewichtung: 16,67%

Maximalpunktzahl: 3

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertet wird die Qualität der Darstellung von Mikrokathetern bei klinischen Anwendungen in der Leber und Prostata. Die Bewertung erfolgt durch die Nutzer im Rahmen eines Referenzbesuchs (1 Punkt - geringer Zielerfüllungsgrad, 2 Punkte - mittlerer Zielerfüllungsgrad, 3 Punkte - hoher Zielerfüllungsgrad).

1.2 Cone Beam-CT

Gewichtung: 16,67%

Maximalpunktzahl: 3

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertet wird die Darstellung im Hinblick auf Gefäßzugänge und Kontrolluntersuchungen. Die Bewertung erfolgt durch die Nutzer im Rahmen eines Referenzbesuchs (1 Punkt - geringer Zielerfüllungsgrad, 2 Punkte - mittlerer Zielerfüllungsgrad, 3 Punkte - hoher Zielerfüllungsgrad).

2 Funktionale Gesichtspunkte

Gewichtung: 33,33%

2.1 Patientenzugang

Gewichtung: 16,67%

Maximalpunktzahl: 3

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertet wird der Patientenzugang im Zusammenhang mit der Lagerung (Zugang zum Patienten von allen Seiten) und dem damit noch gewährleisteten Strahlenschutz. Die Bewertung erfolgt durch die Nutzer im Rahmen eines Referenzbesuchs (1 Punkt - geringer Zielerfüllungsgrad, 2 Punkte - mittlerer Zielerfüllungsgrad, 3 Punkte - hoher Zielerfüllungsgrad).

2.2 Bedienung

Gewichtung: 16,67%

Maximalpunktzahl: 3

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertet wird die Bedienung des Stativs, des Patiententischs und der Einstellung der verschiedenen Untersuchungsparameter mit Blick auf die Funktionalität und Unkompliziertheit (intuitive Bedienung der Einrichtung). Die Bewertung erfolgt durch die Nutzer im Rahmen eines Referenzbesuchs (1 Punkt - geringer Zielerfüllungsgrad, 2 Punkte - mittlerer Zielerfüllungsgrad, 3 Punkte - hoher Zielerfüllungsgrad).

3 Abnahmeprüfung

Gewichtung: 33,33%

3.1 Abnahmeprüfung

Gewichtung: 33,33%

Maximalpunktzahl: 3

K.O.-Kriterium: Nein

Bewertet wird die Bildqualität inkl. Ringartefakte bei Cone Beam-CT in Relation zur Abschaltosis. Die Bewertung erfolgt durch die Nutzer anhand der eingereichten Unterlagen (1 Punkt - geringer Zielerfüllungsgrad, 2 Punkte - mittlerer Zielerfüllungsgrad, 3 Punkte - hoher Zielerfüllungsgrad).